

朝日新聞の掲載記事の事実に関するお知らせ

平成23年6月21日12時23分の朝日新聞デジタル社会面に掲載されました当社に関する記事内容につきまして、事実と異なる記述がございましたので、下記のとおり事実をお知らせ申し上げます。

記

<訂正内容>

(掲載記事の事実誤認)

掲載記事には、複数の事実について客観的な事実と異なった点がございます。以下に誤った記載と、それに対する事実をお伝えします。

第1 当社の男性社員(34)がシアン化ガスを吸い込んで病院に搬送されたが、・・・
銀めっき液(シアン浴)の分析業務を行っていましたので、救急には、シアンの他に硝酸や硫酸のガスを吸引した可能性があるとして報告しました。病院での医師の診断結果では、酸の吸引によって喉の粘膜が過敏に反応して、気分が悪くなり吐き気を起こしたのではないかと診断されました。

第2 同社員は6階実験室で青酸ナトリウムと硫酸などを混ぜて、めっきに使うシアン化銀を作る実験をしていたが、その際に発生したシアン化ガスを過って吸い込み気分が悪くなったという。

この内容も事実と反する記述になっています。まず、行っていた作業は、シアン化銀を作る実験ではありません。実際は、銀めっき液(シアン浴)の分析作業で、前処理として硝酸と硫酸を混合する作業はドラフト内で行っており、今回の作業でシアン化ガスを吸い込むことはありません。シアン化ガスを吸って気分が悪くなったとの記述には大きな誤りがあります。

この度は、株主の皆様をはじめ関係者の方々にご心配をおかけいたしましたことを深くお詫び申し上げます。二度とこのような事故を起こさないよう、安全管理を徹底して再発防止に努め、社会から信頼される企業となるよう社員一同全力を尽くしてまいります。

なお、当該社員は、昨日は病院の診断後、大事を取って早退させました。本日は平常とおりの勤務に就いております事を申し添えておきます。

以上

<本件についてのお問い合わせ先>

経営企画部長 小林 英二

電話番号 06-6202-8532